



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>HGR #2 IMSS</u>	Fecha de servicio: <u>26/DIC/2025</u>
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>	N° de contrato: <u>040E02122-006</u>
Contacto: _____	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo

Equipo: Esterilizador de Vapor autogenerado	Marca: RITTER	Modelo: Clean Tec CB 23	N° Serie: <u>CB230042232</u>
---	---------------	-------------------------	------------------------------

Descripción de falla reportada: RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción del servicio realizado:

- Verificar el correcto estado físico interno y externo general del equipo, incluyendo cubiertas, material aislante térmico externo de la cámara y el panel de control.
- Verificar que todos los botones y switches estén en correctas condiciones físicas y funcionales.
- Limpieza externa e interna general del equipo
- Limpieza de cámara
- Asegurarse de que todos los cables eléctricos y conectores y abrazaderas estén en correctas condiciones de funcionamiento
- Verificar adecuado suministro eléctrico, vapor y agua. Y que estén dentro de los parámetros permisibles recomendados por el fabricante
- Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos.
- Realiza pruebas de buen funcionamiento con personal usuario presente e indicar recomendaciones para su buen funcionamiento.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

26 DIC 2025

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

CONSERVACION
HGR No. 1

Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 110v

Ingeniero de servicio técnico	Operador del equipo	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes	Sello de Clínica/Hospital
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	CONSERVACION H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.



55 5719 7243
55 6155 7118



ingenieria@edvc.com.mx
as.coordinacion@edvc.com.mx
soportetecnico.vcortes@outlook.com



Av. Copilco #339, Copilco
Universidad, Coyoacán CP
04360, CDMX