



SERVICIOS BIOMÉDICOS Y ROBÓTICOS

ISO 13485 2016
Dispositivos médicos / Medical devices

ISO 9001 2015
Calidad / Quality

FECHA DE INICIO: 10/12/2025

FECHA DE TÉRMINO: 12/12/2025

ORDEN DE SERVICIO No.: REP9441

DATOS DE LA UNIDAD MÉDICA

DELEGACIÓN/OOAD: BAJA CALIFORNIA

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES

MARCA: CONTREX

MODELO: MJ, LP, TP, PM2

SERIE: LP03402, TP103201,

MJ03402, PM205402

DATOS GENERALES

No. PROVEEDOR: 0000157343

No. DE CONTRATO: 050GYR019N09125-024-00

ESTADO FUNCIONAL DEL EQUIPO:

ANEXOS: 1

TIEMPO EMPLEADO: 8hs

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

SERVICIO CORRECTIVO ☒

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo:

- Evaluación de la memoria en disco duro.
- Revisión de accesorios.
- Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
- Lubricación de sistemas mecánicos.
- Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
- Verificación de voltajes de operación.
- Revisión y ajuste de actuadores de posición.
- Revisión de la tensión de banda.
- Desfragmentación de disco duro.
- Limpieza general.
- Calibración del dinamómetro por hardware y software.
- Respaldo de la base de datos.
- Pruebas de funcionamiento.

Mantenimiento correctivo:

- Se revisaron y limpiaron conectores del módulo PM205402 y la PC.
- Se reemplazó cable RS45 que va de la PC al módulo mencionado.
- Se realizaron pruebas con pacientes satisfactorias.



OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. OPERANDO AL 100%

Anexo 1 - Relación de personal responsable.

REFACCIONES / MATERIAL EMPLEADO / KIT DE MANTENIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE	CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE
1	Cable de red RS45		1		

FIRMAS Y SELLOS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO

RESPONSABLE DEL SERVICIO TLM:

Valete M. Ruiz

12/12/25

CONSERVACIÓN

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

ÁREA USUARIA

P. A.

SELLOS:

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
12 DIC 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Dra. Rosa E. Real De La Cruz
Jefe Med. Fis. Y Rehabilitación
Mat. 10518703
Ced. 228316 3270213

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1