



SERVICIOS BIOMÉDICOS Y ROBÓTICOS

ISO 13485:2016
Dispositivos médicos / Medical devices

ISO 9001:2015
Calidad / Quality

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
5 FEB 2026

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
HGR No. 1

ORDEN DE SERVICIO (F-RB-01)

CONSERVACION

FOLIO REP9441C -26

FECHA 05 Feb 2026

DATOS DEL DISPOSITIVO

Dispositivo Equipo de fortalecimiento de Marca Contrex
No. de Serie LP03402, TP103201, MP03402 Modelo MJ, LP, TP, PM2
PM205402

DATOS DEL CLIENTE

Cliente IMSS HGR No. 1 T. Juana Fecha de solicitud 04 Feb 2026
Motivo del servicio Mtto. correctivo.

SERVICIO

Atiende reporte I.B. Angel Yael Téllez Live
Trabajo realizado • Revisión general del equipo.
• Se encuentra que el equipo sufre trabarse, generando
diversos problemas. Esto puede ser causa de la falla reportada.
• Se realiza limpieza física de Memoria RAM.
• Se realiza con Herramientas de Windows Limpieza
de Disco Duro y de Memoria.
• Se realiza defragmentación del Disco Duro.
• Se realizan pruebas de funcionamiento.

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

Mala operación ☐
Falla del equipo ☐
Sin falla ☐

Mantenimiento Preventivo ☐
Mantenimiento Correctivo ☒
Revisión ☐

Instalación ☐
Evaluación ☐
Asesoría ☐

REFACCIONES / MATERIAL EMPLEADO

Cantidad Descripción
Cantidad Descripción
Cantidad Descripción

REALIZÓ

TIEMPO

Angel Yael Téllez Live
2 hrs.

CONFORMIDAD

Recibe (Nombre y firma)
Comentarios

Fecha 05/02/2026

Dra. Rosa E. Real De La Cruz
Jefe Med. Fis. Y Rehabilitación
Mat. 10518703
Ass. Ced. 228316 3270213

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS IM-1 99024980

