

Instituto Mexicano del Seguro Social

Paseo de la Reforma 476
06600 Distrito Federal
México

Contacto: Servicio Técnico Call Center
Teléfono: +52 1 55 3879 4581
Correo: serviciotecnico.mx@bbraun.com
Orden de Servicio: WO-01230972
No. Cliente: 20201469
Orden de Compra: IMSS HGR #1/UDDCM TIJUANA (MACROCI)
Fecha de Servicio: 07/06/2024

Orden de servicio equipos

Problema reportado

Mantenimiento preventivo

Cantidad de Equipos: 15

Software: N/A

Actividades Realizadas

Inspección general, desensamble, limpieza, lubricación, verificación de temperatura, verificación de R.P.M., comprobación de uniones roscadas, verificación de instalación de acumulador, prueba de funcionamiento, carga y descarga en baterías 01/0, equipo funcionando adecuadamente de acuerdo con manual técnico.

Se enlistan las claves que no tienen número de serie y recibieron mantenimiento preventivo: 01-GB645R NS. 1270, 01-GB657R NS.537, 02-TE 735, 02-GA678, 01- GA679, 02-GA675, 01-JP102, 01-GB243, 01-JK442, 01- GA672207, 01-GA031R.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Actividad realizada

Tipo de actividad	horario	Observaciones	Cantidad Ud
Mantenimiento	horario matutino		1.00 UR

Equipo

Modelo	Descripción del equipo	No. Serie	No. Cliente
GA330	ACCULAN 4 PERFORADORA/FRESADORA	2986	
GB670R	ACCULAN 4 CABEZA PORTA-FRESA HARRIS	807	
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	60433	
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	60435	
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	60437	
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	60439	
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	60441	
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	60442	
GA320	ACCULAN 4 CARGADOR	6097	
GA320	ACCULAN 4 CARGADOR	6098	
GA331	ACCULAN 4 SIERRA OSCILANTE	3037	
GB641R	ACCULAN 4 CABEZA P.ALAM.KIRSCHNER UNIV	2530	
GB621R	ACCULAN 4 CABEZA P.-BROC.MAND.3 MORD.GRD	2363	
GB665R	ACCULAN 4 CAB.PORTA-BROCA HUDSON/ZIMMER	714	
GB669R	ACCULAN 4 CAB.PORTA-FRESA HUDSON/ZIMMER	1320	



unidades: "Hr": hora, "min.": minuto, "d.": día, "pza": pieza, "cm": centímetro, "m": metro, "km": kilómetro, "UR": unidad de rendimiento.

E-SANITAS 94523408
firma de conformidad

JEFES CENE


firma Servicio Técnico
Ingeniero / técnico: Roberto Resendiz
Fecha/Hora: 07/06/2024, 12:56
Zona horaria: America/Mexico_City

Ing Carlos D. Rodríguez Grave
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No 1
Matricula 99024951
7/06/24

Introducción
SOES PNL 7050
NOM 705 H

unidades: "hr.": hora, "min.": minuto, "d.": día, "pza": pieza, "cm": centímetro, "m": metro, "km": kilómetro, "UR": unidad de rendimiento.

B. Braun Mexico
Km 3.5 Carr. Santiago Mexicalzingo Col. Libertad C.P. 52500
Municipio Santa Cruz Atizapan Estado de Mexico

WO-01230972, pagina 2 de 2