

Instituto Mexicano del Seguro Social

Paseo de la Reforma 476
06600 Distrito Federal
México

Contacto:

Teléfono:

Correo:

Orden de Servicio:

No. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha de Servicio:

Servicio Técnico Call Center

+52 1 55 4888 8662

serviciotecnico.mx@bbraun.com

WO-01696992

20201469

H.G.R. No. 1 / UDDCM Macro CX

19/06/2025

Orden de servicio equipos

Problema reportado

Mantenimiento preventivo

Cantidad de Equipos: 14

Software: N/A

Actividades Realizadas

Inspección general, desensamble y ensamble, limpieza, lubricación, verificación de temperatura, verificación de R.P.M, comprobación de uniones roscadas, verificación de inserción de acumulador, prueba de funcionamiento, carga y descarga, errores y cargas en baterías, se enlista la clave GB657R NS.537 que también recibió mantenimiento preventivo, equipo funcionando adecuadamente de acuerdo con manual técnico.

Se enlistan las claves que no tienen número de serie y recibieron mantenimiento preventivo: 02-TE 735, 02-GA678, 01- GA679, 02-GA675, 01-GP102, 01-GB243, 01-JK441, 01-GA031R.

Actividad realizada

Tipo de actividad	horario	Observaciones	Cantidad	Ud
Mantenimiento	horario matutino		1.00	UR
Tiempo de viaje	horario matutino		4.00	Hr.

Equipo

Modelo	Descripción del equipo
GA330	ACCULAN 4 PERFORADORA/FRESADORA
GB670R	ACCULAN 4 CABEZA PORTA-FRESA HARRIS
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH
GA320	ACCULAN 4 CARGADOR
GA331	ACCULAN 4 SIERRA OSCILANTE
GB641R	ACCULAN 4 CABEZA P.ALAM.KIRSCHNER UNIV
GB621R	ACCULAN 4 CABEZA P.-BROC.MAND.3 MORD.GRD
GB665R	ACCULAN 4 CAB.PORTA-BROCA HUDSON/ZIMMER
GB669R	ACCULAN 4 CAB.PORTA-FRESA HUDSON/ZIMMER



No. Serie	No. Cliente
2986	
807	
60433	
60435	
60437	
60439	
60441	
60442	
6097	
3037	
2530	
2363	
714	
1320	

firma de conformidad

ERIKA SANCHEZ
94023968

Ing Carlos D. Rodríguez Grave
Jefe Depto de Conservación
Hospital General Regional No 1
Matricula 99024951

firma Servicio Técnico

Ingeniero / técnico Roberto Resendiz
Fecha/Hora: 19/06/2025, 13:54
Zona horaria/ America/Mexico_City