

Instituto Mexicano del Seguro Social

Paseo de la Reforma 476
06600 Ciudad de México
México

B. Braun México
Servicio Técnico

Contacto: Servicio Técnico Call Center
Teléfono: +52 1 55 4888 8662
Correo: servicitecnico.mx@bbraun.com
Orden de Servicio: WO-01902890
No. Cliente: 20201469
Orden de Compra: IMSS, H.G.R. No. 1 Microcirugía
Fecha de Servicio: 03/12/2025

Orden de servicio equipos

Problema reportado

Mantenimiento preventivo.

Cantidad de Equipos: 12

Software: N/A

Actividades Realizadas

Se acudió a la unidad IMSS, H.G.R. No. 1 Tijuana para llevar acabo el mantenimiento de los equipos Acculan 4 Microcirugía con las siguientes actividades: Inspección general, desensamble y ensamble, limpieza, lubricación, verificación de temperatura, verificación de R.P.M, comprobación de uniones roscadas, verificación de inserción de acumulador, prueba de funcionamiento, carga y descarga, errores y cargas en baterías, equipo funcionando adecuadamente de acuerdo con manual técnico. Se enlistan las claves que no tienen número de serie y recibieron mantenimiento preventivo: 02-TE 735, 02-GA678, 01- GA679,02-GA675, 01-GP102, 01-GB243, 01-JK441, 01-GA031R.



Actividad realizada

Tipo de actividad	horario	Observaciones	Cantidad	Ud
Mantenimiento	horario matutino		1.00	UR
Tiempo de viaje	horario matutino		3.00	Hr.

Equipo

Modelo	Descripción del equipo	No. Serie	No. Cliente
GA346	ACCULAN 4 ACUMULADOR ION DE LI CORTO	7420	
GA346	ACCULAN 4 ACUMULADOR ION DE LI CORTO	7425	
GB894R	CABEZA ALAMBRES KIRSCHNER P.GA344/GA844	2755	
GB871R	CABEZA POR-FR AO-GRANDE P.GA344/GA844	740	
GB872R	CABEZA POR-FR HUDSON/ZIMMER/GA344/GA844	437	
GB881R	CAB.POR-BR MAND.3 MORD.GRD.P.GA344/GA844	2345	
GB884R	CABEZA POR-BR AO-PEQUEÑA P.GA344/GA844	2619	
GA320	ACCULAN 4 CARGADOR	6098	
GA344	ACCULAN 4 PERFORADORA PEQUEÑA	2690	
GA346	ACCULAN 4 ACUMULADOR ION DE LI CORTO	7660	
GB896R	CABEZA ATORNILLAR AO-PEQ.P.GA344/GA844	392	
GB892R	CABEZA DE SIERRA DE PUNTA P.GA344/GA844	408	



firma de conformidad

[Handwritten signature]
12/12/25

firma Servicio Técnico

Ingeniero / técnico: Gonzalo Silva Vega
Fecha/Hora: 03/12/2025, 12:45
Zona horaria: America/Mexico_City

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980