

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM2175.30

15301875

WO-16760726

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	18
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	AVANCE CS2
Localidad:	TIJUANA	Serie:	APKV01985
		SID GE:	APKV01985

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	21-jul-25	6:30	21-jul-25	8:30
Fin del servicio: 21 de julio de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, lubricación, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, de acuerdo a rutina de mantenimiento.

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4443792

SINTOMA
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
03/10/2025	5989068	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Servicio realizado de acuerdo a documento:	M1222131
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO	SI ✓
FUNCIONANDO AL 100%	SI ✓

Observaciones

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

21 JUL 2025

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

CONSERVACION
HGR No. 1

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	4873474-S	Par de batería 1 s	
1	1009-5800-000	Batería 3V	
1	0211-1454-100	Val CHECK	

Sello de Unidad

CONSERVACION
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Cargo
Dr. Rogelio Marroquín Romero


Jefe de Anestesiología
Hospital General Regional
No. 1

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Jefe de Conservación
4980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 03210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM2175.30

No. de caso

15301875

No. de WO

WO-16760725

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA



No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE:	APKV01985
Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Modelo:	AVANCE CS2
Serie:	APKV01985

A
N
S
T
E
R
S
V
I
D
C
I
O
L



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
V
I
D
C
I
O
L



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Observaciones

CONSERVACIÓN
Firma y sello de Conformidad
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo
Dr. Rogelio Marradán Romero
Jefe de Anestesiología
MAM 532416
Hospital General Regional
No. 1
Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Domínguez González
Código
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula
IMSS 9904980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>