



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM1365.10

15300815

WO-16760832

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	19
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	AVANCE CS2
Localidad:	TIJUANA	Serie:	APKV01986
		SID GE:	APKV01986
		Serie GE:	APKV01986

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Monitoreo del sistema	13-jun-25	10:00	13-jun-25	11:00
Fin del servicio: 13 de junio de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza inspección del equipo encontrando daño en sensores de flujo y algunos oring por desgaste, se realiza solicitud de refacciones

Servicio realizado de acuerdo a documento: M1222131

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

en espera de refacciones para dar solución

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

PARCIALMENTE FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		No Aplica	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Avelar

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave de Presupuesto
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Nombre completo

Cargo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>