

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM3065.10

15300820

WO-16760863

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	835
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SK416381225HA
		SID GE:	SK416381225HA
		Serie GE:	SK416381225HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparación	30-jun-25	10:00	30-jun-25	11:00
Fin del servicio: 30 de junio de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza reemplazo de brazaletes PANI, troncal CEG y latiguillos, troncal saturación y sensor de saturación ya que se encontró daño en cada uno de ellos.

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4443803

SINTOMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los monitores tienen falla, por sensores de saturación de oxígeno, y cable ECG

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)

Calibración siguiente	Serie	Herramienta
30/07/2025	735BE1086	Simulador de paciente
03/10/2025	5989068	Analizador de seguridad eléctrica

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2106778-002

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Si

Si

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
30 JUN 2025

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio			No. Orden / No. de GON
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	
1	DUR-A2-2A-L-55	Brazaletes adulto 23 - 33 CM	
1	2021406-001	Troncal Saturación	
1	407705-006	Sensor de saturación	
1	2106389-002	Latiguillos ECG 130 CM	
1	2106305-001	Troncal ECG	

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Voto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Dr. Rogelio Marroquín Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 11532416
Hospital General Regional
IMSS Tijuana No. 1

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable


Nombre completo

José Usualdo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 94024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2600 111
Correo: lmss@gehealthcare.com

RECIBIDO
30 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Reporte fotográfico
MAM3065.10

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15300820

WO-16760863

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SK416381225HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B650

Serie: SK416381225HA




CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA


AN
TE
R
S
V
I
D
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
É
V
S
I
C
D
E
O
L



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Equipo funcionando correctamente

Firmas y sello de Conformidad

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Miguel Arenas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Dr. Rogelio Marroquín Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 1132416
Hospital General Regional
No. 1
Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>