

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM3065.11

15300828

WO-16760863

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	836
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SK416381232HA
		SID GE:	SK416381232HA
		Serie GE:	SK416381232HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	30-jun-25	11:00	30-jun-25	12:00
Fin del servicio: 30 de junio de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza reemplazo de brazalete PANI, troncal CEG y latiguillos, troncal saturación y sensor de saturación ya que se encontró daño en cada uno de ellos.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2106778-002

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

Si ✓
Si ✓

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	DUR-A2-2A-L-5S	Brazalete adulto 23 - 33 CM	
1	2021406-001	Troncal Saturación	
1	407705-006	Sensor de saturación	
1	2106389-002	Latiguillos ECG 130 CM	
1	2106305-002	Troncal ECG	

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

HGR No.1

Miembro de

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Dr. Rogelio Marroquín Benito
Jefe de Anestesiología
Mat. 11532416
Hospital General Regional
No. 1
IMSS

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo


Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
30 JUN 2025



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

Reporte fotográfico
MAM3065.11

15300828

WO-16760863

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAOB / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

SID GE: SK416381232HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B650
Serie: SK416381232HA


AN
T
E
R
V
I
D
C
E
I
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
V
É
S
I
C
I
O
L



Observaciones

Equipo funcionando correctamente

Firmas y sello de Conformidad

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Dr. Rogelio Marroquin Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 1152416
Hospital General Regional
No. 1
Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>

Presupuestal
05 0214 2902
H.G.R. No.1