GE HealthCare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Hoja de servicio

No. de folio RP21105.33

No. de caso 15303372

No. de WO WO-16761838

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**Interno:**	1490
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	**Equipo:**	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	**Modelo:**	OEC 9800
Localidad:	TIJUANA	**Serie:**	OEC820745
		SID GE:	OEC820745

Periodo de servicio

Tipo de Trabajo	Fecha de Incio		Fecha Final	
	Dia	Hora	Dia	Hora
Mantenimiento planificado	21-oct-25	9:30	21-oct-25	13:00

Fin del servicio: 21 de octubre de 2025

SERVICIO

Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	2025704

SINTOMA

1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio. Se realiza verificacion de funcionamiento. Verificacion de dosis. Calibracion de filamentos. Limpieza interna y externa. Pruebas de funcionamiento en dif. Modos de adquisición.

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)

Calibración siguiente	Serie	Herramienta
2/1/2026	320065/318703	SERVICE TOOL - X2 R-F + MAM KIT WITH MAS - RAYSAFE - FLUKE

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5835428

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO — Si ✓

FUNCIONANDO AL 100% — Si ✓

Observaciones

Equipo funcional

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
21 OCT 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoria técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo: FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		No Aplica	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Roberto Pacheco
Nombre completo

R.P.
Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Marroquín Romero
Jefe de Anestesiologia
Mat. 11532418
IMSS Hospital General Regional No. 1
Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; http://ecso.gehealthcare.com/