

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
CMR2185.14

15510852

wo-17021388

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1489
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	OEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	OEC820751
		SID GE:	OEC820751

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	7-Jul-25	14:00	7-Jul-25	14:30
Reparación	24-Jul-25	14:00	24-Jul-25	15:00
Reparación	29-Jul-25	13:30	29-Jul-25	22:00
Reparación	4-Aug-25	12:45	4-Aug-25	19:00
Reparación	21-Aug-25	10:00	21-Aug-25	11:30
Fin del servicio: 21 de agosto de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

7 de Julio: Se acude a revisar las palancas de los frenos, se solicitan dichas palancas. 24 de Julio, se detecta que el freno orbital está barrido, por lo que hay que reemplazarlo. 29 de Julio, se reemplaza freno orbital pero es necesario cambiar brazo en L. 4 de Agosto, se reemplaza brazo en L pero se detecta fallo en Control Panel Processor. 21 de agosto, se reemplazan control panel processor y display. El equipo queda funcionando correctamente.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5457978-1en-05

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

SI ✓
SI ✓

RECIBIDO
21 AGO 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

		Kit y refacciones utilizadas en el servicio		PORCIONANDO	
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON		
	00-901403-01	Display			
	5482139-01	Control panel processor			
	00-880656-01	Flip flop asm			
	00-880821-01	L arm asm			
		Clave B			

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dra. Wendy Lizbeth Valdez Mondaca
CP 6833095 ESP 9736400
MAT 9860566
Anestesiólogo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Sub Jefe de Conservación
MAT 983024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

**INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL**

Clave Presupuestal
0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Reporte fotográfico
CMR2185.14



RECIBIDO
21 AGO 2025

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Devalle Jaime No. 76, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 061210 CDMX

Atención a Clientes Servicio

Tel. 800 2009 111

Correo: imss@gehealthcare.com



CONSERVACIÓN

HGR No. 1



Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: OEC820751

Equipo: ARCO EN C

Modelo: OEC 9800

Serie: OEC820751

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.


A
N
T
E
R
V
I
S
I
O
N
E
S



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



Observaciones

Firmas y sello de Conformidad

Ing. Guadalupe Riquelme Garza
Nombre completo
Ingeniero de Servicio

Dra. Wendy Lizbeth Valdez Mondaca
CP 6833095 ESP 9736400
MAT 98260566
Anestesiólogo

Nombre completo

Jefe de Área / Usuario Responsable

José Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
Nombre completo
Jefe de Conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>