



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM1485.25

15822766

WO-17318659

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	704
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMOGRFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TIJUANA	Serie:	664BRG1318573
		SID GE:	664BRG1318573

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	14-ago-25	13:15	14-ago-25	14:15

Fin del servicio: 14 de agosto de 2025

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se encontró que tenía menos del 10% libre la base de datos de imágenes, la base de datos se estaba intentando recuperar, el cliente decidió crear una nueva base de datos, se dio instrucciones para hacerlo.

El cliente puede hacer reconstrucciones retrospectivas de los exámenes disponibles en los discos de Raw data.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5193755-800

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

SI ✓
SI ✓

Observaciones

Recomendaciones

Mantener la base de datos entre 60 y 40% libre, cuando llegue a 40% libre por favor borrar estudios para dejarlo en 60% libre o más.
Borrar estudios cuando el equipo no esté en uso para evitar que se corrompa la base de datos.

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

4 JUN 2025

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

FUNCIONANDO

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		No Aplica	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat. 99024980

Jefe de Conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>