

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

CMR2685.11

15858717

WO-17361123

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1488
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	OEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	OEC820744
		SID GE:	OEC820744

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	26-Aug-25	11:00	26-Aug-25	13:30
Fin del servicio: 26 de agosto de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se reasientan tarjetas de generador y se comprueba el funcionamiento del equipo. Se realiza también el ajuste del freno. El equipo queda trabajando correctamente.

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	2025704

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	


El equipo no da disparo y tiene problemas con el freno

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
		no aplica

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones



Equipo funcionando correctamente.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Fue necesario y se otorgó asistencia técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant. na	# Parte / Catálogo no aplica	Descripción No aplica	No. Orden / No. de GON no aplica

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Marroquín Romero

Jefe de Anestesiología

Mat. 11532416

Jefe de Área / Unidad de Respuesta General Regional No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1



Mat. 99071080

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>