

Razon Social:	HGR No 1	SID:	SM624330013MD
Ciudad / Localidad:	TIJUANA	Cons.	
	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ANESTESIA BASICA
Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Modelo:	Carestation 620
Dirección:		Serie:	SM624330013MD
Teléfono:			

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	08-dic-25	13:30	08-dic-25	14:00
Fin del servicio: 8 de diciembre de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO
Se acude a sitio y se verifica que el protector de los puertos respiratorios se encuentra roto, se hace el reemplazo de este solucionando la falla. Pruebas de funcionalidad de acuerdo a manual

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	GARANTÍA
Contrato No.	

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Protector de puertos respiratorios roto	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
17/09/2026	6249053	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2076163-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO	SI ✓
FUNCIONANDO AL 100%	SI ✓

Observaciones
Se hace incapie que el protector no se debe de usar como agarradera para mover el equipo

RECORRIDO
08 DIC 2025

Reprogramación del Servicio:

Condiciones en que se deja el equipo: FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción
1	2071076-001-S	PROTECTOR CON TORNILLO Y MANGUITO

No. Orden / No. de GON

Sello de Unidad
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Dra. Wendy Elizabeth Valdez Mondaca

CP 6833095 ESP 9736400

MAT 98260566

Anestesiologo

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramirez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

MAT 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>

FECHA DE SERVICIO 8 de diciembre de 2025


HGR No. 1
UNIDAD / HOSPITAL HGR No 1
LOCALIDAD TIJUANA
GOAD/UMAE BAJA CALIFORNIA

EQUIPO ANESTESIA BASICA
MODELO Carestation 620
SERIE SM624330013MD



CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

A
N
T
E
S



D
U
R
A
N
T
E



D
E
S
P
U
E
S



Miguel Arenas
Alejandro Herrera Santos

Dra. Wendy Elizabeth Valdez Mondaca
CP 6833095 ESP 9736400
MAT 98260566
Anestesiologo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 98024980
Responsable del área de
Conservación

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1