



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM1926.33

16558225

WO-18083056

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	730
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE BASO
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290019HA
		SID GE:	SNT20290019HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	19 Feb 26	9:30	19 Feb 26	11:00
Fin del servicio: 19 de febrero de 2026				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, procedimientos de acuerdo a manual de servicio.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2062973-003

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR013N09125-011-00
GON	4927658

SINTOMA

1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)

Calibración siguiente	Serie	Herramienta
18/06/2026	735A1531Q	SIMULADOR DE PACIENTE
17/09/2026	6249063	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

No aplica

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		No. Orden / No. de GON
Cant.	# Parte / Catálogo	
N/A	NO APLICA	NO APLICA

Sello de Unidad
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

DR. CARLOS ARZATE ONTIVEROS
CED.PROF. 3158613
MAT. 99277559

Jefe de Unidad CARDIOVASCULAR

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MAT. 99024980
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare en México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>