



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM2016.14

16711331

WO-18242558

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	736
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT2029007SHA
		SID GE:	SNT2029007SHA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	20 ene-26	14:00	20 ene-26	15:00
Fin del servicio:	20 de enero de 2026			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza entrega de accesorios de acuerdo a contrato. Monitor de signos vitales funcionando adecuadamente

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2106778-003

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

No aplica

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2106305-001	ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT	
1	DUR-AZ-2A-5S	DURA-CUF, ADULT, DINACLICK, 23 - 33 CM, 80369-5, 5/ BOX	
1	2058203-002	ASSY CARE HOSE ADULT/PED 2T DINACLICK 3.6M 80369-5	
1	407705-006	DURASENSOR ADULT DS - 100A INDV	
1	2021406-001	SpO2 Interconnect cable, Nellcor OxiMax, 3m/10ft	

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

H.G.R. No.1

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Ingeniero de Servicio


Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No.1
IMSS Mat 99024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: lmss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM2016.14

No. de caso

16711331


No. de WO

WO-18242558


Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

No. Contrato	050GYR019N09125-011-00
SID GE:	SNT20290075HA
Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo:	CARESCAPE M450
Serie:	SNT20290075HA

A
N
T
E
R
S
I
D
E
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
É
S
D
E
L



Observaciones

CONSERVACIÓN

Firmas y sello de Conformidad

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980
Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>