



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM2016.11

16711337

WO-18248409

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	738
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290013HA
		SID GE:	SNT20290013HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparación	20-ene-26	11:00	20-ene-26	12:00
Fin del servicio:	20 de enero de 2026			

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR018N09125-011-00
GON	4927600

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Reemplazo de accesorios	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
18/06/2026	735A1531Q	Patient Simulator
17/09/2026	6249063	Electrical Safety Analyzer

Se realiza entrega de accesorios de acuerdo a contrato. Monitor de signos vitales funcionando adecuadamente

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2106778-003	
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO	Si ✓
FUNCIONANDO AL 100%	Si ✓

Observaciones	
No aplica	
RECEBIDO 20 ENE 2026	
CONSERVACIÓN HGR No. 1	

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:	No
Reprogramación del Servicio:	
No Aplica	

Condiciones en que se deja el equipo:		FUNCIONANDO
Cant.	# Parte / Catálogo	No. Orden / No. de GON

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción
1	2106305-001	ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT.
1	DUR-A2-2A-5S	DURA-CUF, ADULT, DINAClick, 23 - 33 CM, 80369-5, 5/ BOX
1	TS-SA4-GE	SNSR SPO2 SOFT ADULT GE CONNECTOR 4M
1	2058203-002	ASSY CARE HOSE ADULT/PED 2T DINAClick 3.6M 80369-5
1	407705-006	DURASENSOR ADULT DS - 100A INDV

Sello de Unidad	Clave Presupuestal 0205 0314 2902 H.G.R. No.1
-----------------	---

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:		
-------------------------------------	--	--

	Nombre completo Cargo Matrícula Jefe de Área / Usuario Responsable	Nombre completo Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación HGR No. 1 Matrícula 99024980 Jefe de conservación
--	--	---

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Payán Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel: 800 2000 111
Correo: info@gehealthcare.com

REF 20 ENE 2026

Reporte fotográfico
MAM2016.11

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

16711337

WO-18248409

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SNT20290013HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290013HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OAD / UMAE: PAJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: TIJUANA

AN
T
E
R
S
I
D
E
L
O



D
U
R
E
S
E
R
V
I
C
I
O



D
E
S
E
P
U
R
S
I
C
I
O



Observaciones

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

CONSERVACION
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno

Nombre y Firma

Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>