



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

No. De Folio
No. de CASE
No. de WO

Hoja de servicio
SAAP2116.17
16710772
WO-18339375

Razon Social	HGR 1 Tijuana	SID:	SM624330014MD
Ciudad / Localidad:	Tijuana Baja California		
Dependencia:	IMSS	Equipo:	Maquina de Anestesia Basica
Dirección:	HGR 1 Tijuana	Modelo:	Carestation 620 A1 V2
Teléfono:	N/A	Serie:	SM624330014MD

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	21-Jan-26	17:00	21-Jan-26	19:30
Fin del servicio:	21 de enero de 2026			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO
Se detecta que el módulo de gases modelo: E-miniC y número de serie: SUB24250011HA, NO se encuentra en la máquina de anestesia SINO en el monitor montado en la máquina de anestesia con modelo: B650 y número de serie: SK416381232HA, al cual el módulo de gases NO cuenta con la función de detección de CAM, por lo que se le comenta a cliente que NO hay un error con su módulo de gases y que simplemente no se cuenta con la fusión debido al modelo. El módulo de gases se encuentra funcionando correctamente y sin ningún problema. NO hay paciente afectado por error
Nota: (Máquina de anestesia no cuenta con módulo de gases)

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	GARANTIA
Contrato No.	050GYR040T00424-022-00
Gon de Instalación	

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

Servicio realizado de acuerdo a documento:	2098086-007
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO	SI ✓
FUNCIONANDO AL 100%	SI ✓

RECORDO
21 ENE 2026
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Observaciones

Reprogramación del Servicio:

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio			
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
N/A	No aplica	No aplica	No aplica
N/A	No aplica	No aplica	No aplica
N/A	No aplica	No aplica	No aplica
N/A	No aplica	No aplica	No aplica
N/A	No aplica	No aplica	No aplica

Sello de Unidad Sello Clave Presupuestal

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C. Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Sergio Abraham Armendariz Pedrin
Nombre completo
Ingeniero de Servicio
Dr. Rogelio Marrufo
Jefe de Área
Nombre completo
Carga
Matrícula
Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Nombre completo
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>