



INGENIERIA DE SERVICIO

Calle 12-A Mz. 1, Lt. 5 Piso 2, Col. Belisario Domínguez,
Tlalpan, C.P. 14310, CDMX. Tel: 55 5485-6350, 55 5485-6351, 55 5485-6352
Correo: servicio@eqmedico.com

ORDEN DE SERVICIO No. **11025**

FECHA: 11 Junio / 2024

DATOS DEL EQUIPO / INSTRUMENTO

MARCA: Stryker AREA / SERVICIO: Quirófano Ceye
MODELO: Core 2 INSTITUTO MEXICANO
No. DE INVENTARIO: 2021000530 DEL SEC. DE PROTECCIÓN SOCIAL 5000499

MATERIAL Y/O REFACCIONES:

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CONSERVACIÓN	HGR No. 1
		☒	

HERRAMIENTA

Kit de limpieza
Kit de lubricación

HORA DE INICIO DEL SERVICIO:

12:00

HORA DE FINALIZACIÓN:

13:30

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

DESARROLLO DEL SERVICIO:

Se realiza el mantenimiento preventivo a un Quirófano eléctrico de la marca Stryker modelo Core 2, el cual consiste en limpieza completa de consola y piezas de mano, lubricación a piezas de mano, y pruebas de buen funcionamiento a todo el set. Queda trabajando correctamente de sus funciones.

- 1) Consola n/s 2235000499 5) Asiento Rect 12cm n/s 2007026573, 9) S. Recuperación n/s 19332400173
- 2) Motor p. drive n/s 1920016823 6) Asiento Rect 14cm n/s 2128403103 10) S. Analógico n/s 1933047353
- 3) Wheel reductor n/s 2128006573 7) Asiento angu. 12cm n/s 200591523 11) S. Sagital n/s 1933839963
- 4) Protector FA2-R n/s 2323014833 8) Asiento angu. 14cm n/s 2135611093

Los técnicos se encuentran trabajando de manera correcta a su función.

Nota: El paciente con n/s 2124524403 este servicio se envía a continuación para su reemplazo a Hospital General Regional No. 1

REALIZADO POR:

Ing. Adrían Gubierrez

FIRMA:

[Firma]

FECHA:

11/06/24

RECIBIDO POR:

Ing. Daniel Sotelo Pule

FIRMA:

Clave Presupuestal
0205 0214 2002

H.G.R. No. 1

FECHA:

11/06/2024

DE 11,200 V.002