

ORDEN DE SERVICIO

MANPREC, S.A. de C.V.

Enrique Jacob # 7, Col. San Andrés Atoto, Naucalpan de Juárez, Estado de México
R.F.C. MAN1703278IA Tel. 5312-6374, 21665606, 53127730



APERTURA, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

ORDEN No. **1157**

No. Licitación: 1A-50-G4R-050442040-T-3-2024

No. Contrato: _____

FECHA: 13/ Marzo / 2025

HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional 1 Tijuana - Patología

NOMBRE DEL USUARIO O ENCARGADO: _____

NOMBRE DEL INGENIERO DE SERVICIO: Rodolfo Cde Michel

APERTURA ☐

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ☐

CAPACITACIÓN ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

EQUIPO: Horno de secado

MARCA: Terlab

MODELO: TE-H218LDM 350 C

SERIES: 241006

ACCESORIOS: _____



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

OBSERVACIONES: Se realiza rutina de mantenimiento preventivo al equipo, se encuentra funcionando, desconexión a línea, se retira tapa de control. Se hace limpieza dentro de la cámara (no se encuentra en uso) limpieza con aire y alcohol iso. en conexiones y todo el panel.

CAPACITACIÓN

el cableado se encuentra en buen estado se crea nuevamente el equipo y se hacen pruebas de funcionamiento. El equipo se deja funcionando correctamente.



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

NOMBRE Y FIRMA
DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN

Dr. Juan Pablo Robles Noriega
Jefe de Anatomía Patológica
MSL 99026043

NOMBRE Y FIRMA
RECEPCIÓN

Rodolfo Cde Michel
NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA