

FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200 R.F.C. FEH 781106 F99

IMSS

No. DE ORDEN:

T-4

e-mail: servicio@fehlmex.mx

garantiaspm@fehlmex.mx

ORDEN DE SERVICIO

FEHLMEX

16285

PREVENTIVO: ☒
PEM: ☐
GARANTÍA: ☒
CAPACITACIÓN: ☐
REVISIÓN: ☐
CORRECTIVO: ☐
HORAS DE SERVICIO:
ENTRADA: SALIDA:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California		
MODELO:	FEHLED 370M	SERIE:	MB-21936
FECHA:	08/04/2025		
RESPONSABLE:		DEPARTAMENTO:	
TELÉFONO:			
E-MAIL:			

FALLA REPORTADA:	FALLA ENCONTRADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	REFACCIONES UTILIZADAS
☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA	CANTIDAD DESCRIPCIÓN
☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS	01 Lysol
☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD	01 Afijador
☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE	01 Tornillos azules
☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES	
☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VC	
☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL	

CONCLUSIÓN: Equipo funcionando correctamente

OBSERVACIONES:

Ing. Ivett Hernandez NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO	Dr. Rogelio Martínez Romero Jefe de Anestesiología Hospital General Regional VIA Bó. USUARIOS NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
--	--

Carlos Osvaldo Ramírez González Subjete de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 00024980 JMS	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
--	---