

Orden:

Fecha: 25-Jun-25

CLIENTE

UNIDAD HOSPITALARIA: IMSS Hospital General Regional No. 1, Tijuana, B.C.
EQUIPO: Electroencefalógrafo
MARCA: Natus
MODELO: Nicolet One
SERIE: V32 - 16310162
INVENTARIO:
UBICACIÓN:

☐ Mantenimiento correctivo ☐ Mantenimiento Preventivo ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Garantía ☐ Otro

Ingeniero de servicio se presenta para atender el equipo antes mencionado, con el reporte "No permite guardar estudios".

Al revisar el equipo se encontro que hay una demora en el inicio del sistema operativo.

Se realizo la revision del estado de la bateria y de el boton de encendido del CPU, determinando que el equipo requiere el cambio de la bateria.


Se hace cambio de la bateria y se deja el equipo funcionando.

Equipo funciona:

☐ Si ☐ No

FIRMAS

Ingeniero especialista


Diana Naomi Costa Ramos

Nombre y firma

Usuario y/o responsable del servicio



TMAE JORGE LARA MORENO
ELECTRODIAGNOSTICO
MATRÍCULA 99023840

TMAE Nombre y firma recibe de conformidad



Jefe responsable
Carlos Usualdo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Nombre y firma recibe de conformidad

