

Medtronic

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden de 25100610		N° Notificación 25100610	
Nombre comercial HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1 Tijuana			
Teléfono		Patrimonio CONSERVACIÓN	
H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
Cliente N° 1655820	Razón Social HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1 Tijuana	Contacto	
Dirección Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, 22226 Tijuana, B.C.	Fecha de notificación 06.10.2025	Modelo PB 840	
Fecha de servicio 06.10.2025	Tipo de Atención Planned Maintenance	Taller KENDALL DE MEXICO SA DE CV	
Contrato 050GYR019N09125-014-00	Causar información	Horas Equipo	
Problema Informado Mantenimiento preventivo 2	NNI:201680029676	Clave Presupuestal 0205 0214 2902	
Ingeniero Manuel Recio	UBICACION: Inhaloterapia	H.G.R. No.1	

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

Fecha de Inicio 06.10.2025	Fecha de Cierre 06.10.2025	Mano de Obra 2	Traslado
Contrato No. 050GYR019N09125-014-00			
-VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO: PB840			
-MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2			
-PRECALENTAMIENTO DEL VENTILADOR (10 MINUTOS)			
-CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO.			
-CALIBRACION DE LA VALVULA DE EXHALACION.			
-CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR DE PRESION ATMOSFERICA.			
-AUTO TEST GLOBAL (ATG) Y AUTO TEST CORTO (ATC)			
-PRUEBA VENTILADOR INOPERANTE FORZADO.			
-CALIBRACION DEL SENSOR DE OXIGENO.			
-NO SE REQUIRIÓ ASESORIA TÉCNICA.			
-EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO.			
-PORCENTAJE AL QUE QUEDA OPERANDO EL EQUIPO 100%			
-KIT DE LIMPIEZA ALCOHOL ISOPROPILICO Y TOALLAS LIMPIADORAS			



NÚMERO DE SERIE

Serie	Material N°	Descripción	Versión del software	Versión opcional	CFN
3512151123	10884521181045	10049998 US DIUU 120V 840 VENT W/O BATT Den. Gen.: Ventilador volumétrico	AH		10049998

SERVICIOS Y PIEZAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
1UN	MC-840	SERVICIO VENTILADOR PULMONAR PB 840		

HERRAMIENTAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
----------	--------	-------------	---------------	---------------

Servicio Concluido: SI ☒ No ☐

Evento Adverso: SI ☐ No ☒

Equipo Disponible: SI ☒ No ☐

Manuel de Jesus Recio
Service & Repair

Recibido Por
Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

EJP. Cecylia Ines
IMSS Orduño López Mat. 99022217

Medtronic
Ing. de Servicio MEDTRONIC
Nombre: Manuel Recio
Fecha: 06/OCT/2025

ING. BIOMEDICA/MANTENIMIENTO
Nombre:
Fecha: / /

Cliente/Usuario
Nombre:
Fecha: / /