



COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y Servicios para Laboratorio SA de CV

Myr **FEATHER** **Motic** **Simport**

REPORTE DE SERVICIO

N° 255

Cotización _____ Factura _____ Fecha 4/06/24
Nombre Hospital General Regional 1 IMSS
Dirección _____
Estado Tijuana, Baja California
Tel. _____ Ext. _____

Descripción del equipo

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Equipo: Procesador de tejidos.
Modelo: STP 120-2
Marca: MYR
No. de Serie: STP 122-4044-2309

RECIBO
04 JUN 2024

Tipo de servicio (marcar en el recuadro)

Preventivo ☒ Instalación ☐ Capacitación ☐
Correctivo ☐ Revisión ☐ Garantía ☒

CONSERVACIÓN
Tipo de evento

Póliza de garantía: _____
No. de eventos: _____

Detalles/Observaciones del Servicio

Actividades Realizadas.

Limpieza general.
Desarme general.
Limpieza y revision del sistema electronico.
Limpieza y revision de sensores.
Limpieza y revision del sistema mecanico.
Revision de banda.
Revision de motores.
Lubricacion mecanica.
Revision de juntas de parafina.
Revision de filtro.
Pruebas de buen funcionamiento.

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205.0214.2902
H.G.R. No.1

Ing. Carlos D. Rodríguez Grave
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No 1
Matrícula 99024951

Confirmación del Servicio

Servicio Técnico

Dra. Sonia C. C. Siller
Médica Anatómico Patólogo
Coord. Serv. Aux. de Dx.
Ced. Prof. 473130
Mat. 9916911
Nombre y firma de conformidad

COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y
Servicios para Laboratorio S.A. de C.V.

Calle Hidalgo Norte 112-B
Barrio de Santiago C.P. 90940
San Pablo del Monte, Tlaxcala
Tel. (222) 179 65 72
www.copresel.com.mx
ventas@copresel.com.mx