



COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y Servicios para Laboratorio SA de CV

Myr **FEATHER** **Motic** **Simport**

REPORTE DE SERVICIO

Nº 256

Cotización

Factura

Fecha 4/06/24

Nombre Hospital General Regional 1 IMSS

Dirección

Estado Tijuana, Baja California

Tel.

Ext.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL


Descripción del equipo

Equipo: Procesador de tejidos

Modelo: STP 120-2

Marca: MYR

No. de Serie: STP 122-445-2309



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

Tipo de servicio (marcar en el recuadro)

Preventivo ☒

Instalación ☐

Capacitación ☐

Correctivo ☐

Revisión ☐

Garantía ☒

Tipo de evento

Póliza de garantía:

No. de eventos:

Detalles/Observaciones del Servicio

Actividades Realizadas

Folio: 790

- Desarme General.

- Limpieza General.

- Limpieza y revisión de tarjetas electronicas

- Limpieza y revisión de sensores.

- Limpieza y ajustes del sistema mecanico

- Revisión de banda.

- Revisión de motores.

- Lubricación mecanica.

- Revisión de filtro

- Revisión de jarras de parafina

- Pruebas de buen funcionamiento.



Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Ing. Carlos D. Rodríguez Grave

Jefe Depto. de Conservación

Hospital General Regional No. 1

Matrícula 99024951

Confirmación del Servicio

Servicio Técnico

Dra. Sonia C. Casillas Godoy
Medico Anatomopatologo
Coord. Serv. A.M. de Dx.
Ced. Prof. 4712130
Mat. 2024911



Nombre y firma de conformidad

COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y
Servicios para Laboratorio S.A. de C.V.

Calle Hidalgo Norte 112-B
Barrio de Santiago C.P. 90940
San Pablo del Monte, Tlaxcala
Tel. (222) 179 65 72
www.copresel.com.mx
ventas@copresel.com.mx