

Medtronic

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
Insurgentes Sur # 863 Piso 15 y 16 Colonia Nápoles  
C.P. 03810, Del. Benito Juárez,  
Ciudad de México, México

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden de

403549943

N° Notificación

304114150

|                                                          |                                        |                                        |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Cliente N°                                               | Razón Social                           | Nombre comercial                       |                            |
| 1655820                                                  | HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana | HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana |                            |
| Dirección                                                |                                        | Contacto                               | Teléfono                   |
| Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, 22226 Tijuana, B.C. |                                        |                                        |                            |
| Fecha de servicio                                        | Fecha de notificación                  | Modelo                                 | Patrimonio                 |
| 01.07.2025                                               | 01.07.2025                             | PB 840                                 |                            |
| Contrato                                                 |                                        | Tipo de Atención                       | Taller                     |
| 050GYR019N09125-014-00                                   |                                        | Planned Maintenance                    | KENDALL DE MEXICO SA DE CV |
| Problema Informado                                       |                                        | Causar información                     | Horas Equipo               |
| Mantenimiento preventivo 1                               |                                        |                                        |                            |
| Ingeniero                                                |                                        | NNI:200980014316                       |                            |
| Manuel Recio                                             |                                        | UBICACION:Inhaloterapia                |                            |

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

|                                                                                         |                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| Fecha de Inicio                                                                         | Fecha de Cierre | Mano de Obra | Traslado |
| 01.07.2025                                                                              | 01.07.2025      | 2            |          |
| Contrato No. 050GYR019N09125-014-00                                                     |                 |              |          |
| -VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO: PB840                           |                 |              |          |
| -MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1                                                             |                 |              |          |
| -PRECALENTAMIENTO DEL VENTILADOR (10 MINUTOS)                                           |                 |              |          |
| -CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO.                                                       |                 |              |          |
| -CALIBRACION DE LA VALVULA DE EXHALACION.                                               |                 |              |          |
| -CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR DE PRESION ATMOSFERICA.                                    |                 |              |          |
| -AUTO TEST GLOBAL (ATG) Y AUTO TEST CORTO (ATC)                                         |                 |              |          |
| -PRUEBA VENTILADOR INOPERANTE FORZADO.                                                  |                 |              |          |
| -CALIBRACION DEL SENSOR DE OXIGENO.                                                     |                 |              |          |
| -NO SE REQUIRIÓ ASESORÍA TÉCNICA.                                                       |                 |              |          |
| -EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. |                 |              |          |
| -PORCENTAJE AL QUE QUEDA OPERANDO EL EQUIPO 100%                                        |                 |              |          |
| -KIT DE LIMPIEZA ALCOHOL ISOPROPILICO Y TOALLAS LIMPIADORAS                             |                 |              |          |

CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL  
RECORRIDO  
01 JUL 2025  
CONSERVACIÓN  
HGR No. 1

NÚMERO DE SERIE

| Serie      | Material N°    | Descripción                                                               | Versión del software | Versión opcional | CFN      |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| 3510093606 | 10884521181045 | 10049998 US DIUU 120V 840 VENT W/O BATT Den. Gen.: Ventilador volumétrico | AH                   |                  | 10049998 |

SERVICIOS Y PIEZAS

| Cantidad | Código | Descripción                         | N° Serie/Lote | Fac. Prestamo |
|----------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1UN      | MC-840 | SERVICIO VENTILADOR PULMONAR PB 840 |               |               |

HERRAMIENTAS

| Cantidad | Código | Descripción | N° Serie/Lote | Fac. Prestamo |
|----------|--------|-------------|---------------|---------------|
|----------|--------|-------------|---------------|---------------|

Servicio Concluido: Sí ☒ No ☐ Evento Adverso: Sí ☐ No ☒ Equipo Disponible: Sí ☒ No ☐

Recibido Por

Manuel de Jesus Recio  
Service & Repair

01 JUL 2025

Medtronic

Ing. de Servicio MEDTRONIC  
Nombre: Manuel Recio  
Fecha: 01/JUL/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
Mat. 99024980

ING. BIOMEDICA/MANTENIMIENTO  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Dra. Olga L. Romero Tejeda  
Jefa de Pediatría  
Matricula 99022478  
Hospital General Regional No. 1  
Tijuana, B.C.

Cliente/Usuario  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_