

Reporte de Servicio Técnico No.

404100676954

Equipo	Numero de Serie
MAGNETOM AVANTO DOT	157023

Nombre del cliente: : HGR No.1
Localidad : TIJUANA
Teléfono : _____

Técnica : RESONANCIA MAGNETICA
Descripción de Falla / : PC NO DETECTA MODULOS
Tipo de Servicio : MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Nombre del CSE : ALEJANDRO BOLADO CULEBRO

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo				Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
21	11	2024		12:00	13:00	1	0	13:00	20:00	4.5	2.5	8.0
TOTALES						1.0	0			4.5	2.5	00:00

Materiales

Ítem	Cantidad	Cód.. Material	Descripción

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

REVISADO
29 ENE 2025

Trabajo Realizado

Se hace revisión de los módulos de medición fisiológica.

Se corren pruebas de funcionamiento del sistema, señal del sensor PERU no se muestra en equipo.

Se solicita nuevo sensor PERU y modulo PDAU para su reemplazo.

CONSERVACIÓN
HGR No.1

Trabajo Terminado () Si

(x) No

Garantía. Los servicios de mano de obra y materiales tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refecciones y otros materiales en esta planilla para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE

Area usuaria

Oficina de Biomédica y/o conservación

ALEJANDRO BOLADO CULEBRO

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Nombre/fecha/firma
Cep. Esp. 11980592
Ave. C-98021465

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
Nombre/fecha/firma
IMSS Mat 99024980



29/01/2025

M-F-SCM-42
(04,14)



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1