

Corporativo MS Sistemas Médicos, S.A. de C.V.

Orden de Servicio No.: **43140**

Fecha: **14/Nov/25**

CLIENTE

Unidad Hospitalaria:

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, TIJUANA

Equipo: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO

Serie: 130980002429

Marca: SCHILLER

Inventario:

Modelo: DEFIGARD HD-7

Ubicación: *Cirugía Ambulatoria*

☐ Mantenimiento correctivo

☒ Mantenimiento preventivo

☐ Diagnóstico

☐ Otro:

SERVICIO REALIZADO

**CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO**

VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

✓ PERILLAS DE SELECCIÓN.

✓ PANEL DE CONTROL.

✓ PALETAS, CONECTOR Y CABLE.

✓ DISPLAY.

✓ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.

✓ IMPRESORA.

✓ CASRCASA.

✓ CIRCUITO DE DESCARGA INTERNA.

✓ SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.

✓ REVISIÓN DEL MÓDULO DEL ECG.

✓ VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA.

✓ LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO.

LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES.

✓ EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.

✓ VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA ENTREGADA POR EL EQUIPO.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

✓ PRUEBA DE DESCARGA SINCRONIZADA UTILIZANDO EQUIPO DE MEDICIÓN PARA PRUEBA DE DESCARGA.

✓ REALIZAR 6 DISPAROS CONSECUTIVOS Y VERIFICAR TIEMPO DE CARGA ≤ 15 SEG. EN CADA UNO DE ELLOS.

✓ SEÑAL DE PRUEBA DE ECG.

✓ MEDICIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, INDICACIONES VISUALES DE BATERÍA (CC, BATERÍA DESCARGADA, BATERÍA LLENA).

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO
14 NOV 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1



Equipo funciona: Sí ☒ No ☐

FIRMAS

Ingeniero especialista

Usuario y/o responsable del servicio

Jefe responsable

Dennis Armiñesta Ramos
Nombre y firma

Lic. Gladia Martinez Lopez
Nombre y firma
recibe de conformidad

Ing. Carlos D. Rodríguez G.
Jefe Depto. de Conservación
Nombre y firma
recibe de conformidad

RFC: CMS-100107-GI3

Centro de Servicio: Av. Riobamba No. 861, Lindavista Norte, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P 07300.
Tel: +52 (55) 5119-5447 Ext. 142 servicio@kezelmedica.com www.kezelmedica.com