



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4378

Fecha: 10 Septiembre - 2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS Hospital General Regional No. 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Carretera 16501, Río Tijuana 3a Etapa Río Tijuana 22226, Tijuana B.C.
Horas uso: 15178 hrs	Ubicación: Inhaloterapia

Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: Namaven TS	
Serie: 2107 4416 1083 AIV	
Número de inventario:	Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1
Falla del equipo: Ninguna	



Servicio o reparación: Se realiza servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de kit de 5 mil horas, se realiza limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento. Se realiza reset de horas.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	/		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	/		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	/		
Aplicación de Kit de mantenimiento	/		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	/		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		/	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entregó equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Por parte de Servicios Biomédicos BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez Nombre Completo	Inhaloterapia Nombre Completo Mat. 9902647	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 9902498
Servicio Técnico Puesto	Puesto	Puesto
Firma	Firma	Firma