



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4382

Fecha: 17-Septiembre-2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS H.G.R. No 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Canada, 16501, Rio Tijuana 3
Horas uso: 16026 hrs	Elapa: 22216, Tijuana B.C.
	Ubicación: Inhaloterapia

Equipo: Ventilador Mecánico
 Modelo: Narmavent 75
 Serie: 2107 4470 1083 AIV
 Número de inventario: 702180004671

Marca: Tecme

Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1

Falla del equipo: Ninguna



CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.

Servicio o reparación: Se realiza servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de kit de 5 mil horas, se realiza limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento, Reset de horas.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	✓		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	✓		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	✓		
Aplicación de Kit de mantenimiento	✓		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	✓		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		✓	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entrega equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante. Se observa rayón en pantalla.

Por parte de Servicios Biomédicos
 BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez	Inhaloterapia	Carlos Oswaldo Ramírez González
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Servicio Técnico	Sergio Flores Guerrero	Subjefe de Conservación
Puesto	Mat. 99026473	H.G.R. No. 1
		Mat. 99024980
		Puesto
Firma	Firma	Firma