

BAZAFI

SERVICIOS
BIOMÉDICOS

SA de CV

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4384

Fecha: 22-Septiembre-2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS H.6.R No 1 Tijuana
Tipo de servicio: Segn Contrato	Domicilio: Canadá 16801, Rio Tijuana 3 Etapas 2226 - Tijuana B.C.
Horas uso: 18861	Ubicación: Inhaloterapia

Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: Neumocent TS	
Serie: 2107 4422 1083 AN	Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1
Número de inventario: 218000 4673	
Falla del equipo: Ninguna.	



Servicio o reparación: Se realiza servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de Kit de 5 mil horas, se realiza limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento rest de horas.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	✓		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	✓		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	✓		
Aplicación de Kit de mantenimiento	✓		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	✓		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		✓	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entregó equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez		
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Servicio Técnico	Inhaloterapia Sergio Flores Guerrero Mat. 99026473	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980
Puesto	Puesto	Puesto
Firma	Firma	Firma