

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4385

BAZAFI

SERVICIOS
BIOMÉDICOS
S.A. de C.V.

Fecha: 22-Septiembre-2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS H.G.R. No. 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Canada 16801, Rio Tijuana 3
Horas uso: 12867 hrs	Etapa 2776 Tijuana B.C.
	Ubicación: Inhaloterapia
Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: NeumaVent TS	
Serie: 2107 4423 1083 AIV	
Número de inventario: 202180004674	Clave Presupuestal
	0205 0214 2902
Falla del equipo: Ninguna	H.G.R. No.1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Servicio o reparación: Se realiza servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de kit de 5 mil horas, se realiza limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento. reset de horas.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	✓		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	✓		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	✓		
Aplicación de Kit de mantenimiento	✓		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	✓		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		✓	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entrega equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante. Equipo sin manguera de oxígeno.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez		
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Servicio Técnico	Inhaloterapia Sergio Flores Guerrero Mat. 99026473	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980
Puesto	Puesto	Puesto
Firma	Firma	Firma