



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4388

Fecha: 26 - Septiembre - 2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS H.G.R. No 1 Tijuana.
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Carada 16801 Rio Tijuana 3 etapa 2226. Tijuana B.C.
Horas uso: 18018 hrs	Ubicación: Inhaloterapia.

Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: Neumopul TS	
Serie: 2107 4476 1083 AIV	
Número de inventario: 2021 8000 4677	Clave Presupuestal 0205 0214 2902

Falla del equipo: Ninguna.	H.G.R. No. 1
----------------------------	--------------



Servicio o reparación: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de kit de 5 mil horas, se realizó limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento - reset de hora.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	/		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	/		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	/		
Aplicación de Kit de mantenimiento	/		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	/		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		/	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entrega equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante. Se recomienda uso de trampa de agua.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez		
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Servicio Técnico	Inhaloterapia Sergio Flores Guerrero Mat. 99026473	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980
Puesto	Puesto	Puesto
Firma	Firma	Firma