

Fecha: 21/OCT/2025

Orden de Servicio No: **5414**

Unidad Hospitalaria:

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Equipo: ELECTROENCEFALOGRAFO

Serie: T5160706M

Marca: NATUS/NICOLET/VIASYS HEALTHCARE/CAREFUSION

Inventario:

Modelo: NICOLET ONE

Ubicación:

☐ Mantenimiento Correctivo

☒ Mantenimiento Preventivo

☐ Diagnóstico

☐ Otro

SERVICIO REALIZADO:

CONTRATO NO.050GYR019N09125-013-00

**SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO**

1. REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
2. PRUEBA DE RUIDO EN CAJA DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS.
3. PRUEBA DE LA FUNCIÓN DE MEDICIÓN DE IMPEDANCIA.
4. REVISIÓN DE LOS VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
5. AJUSTE DEL SONIDO DE ESTIMULACIÓN.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL:
 - PC, TECLADOS, MOUSE, PANTALLA, IMPRESIÓN, LÁMPARA DE PIE.
 - CD-ROM, FLOPPY, DISCO DURO, BATERÍAS DE RESPALDO, Y MANEJO DE FECHA.
7. REVISIÓN DEPURACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE
8. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCESORIOS (GORRO CON ELECTRODOS, CABLE DE PACIENTE, ETC. CONDICIONES ÓPTIMAS PARA USO).
9. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (CORRIENTES DE FUGA, IMPEDANCIA DE CABLES, ETC).
10. LIMPIEZA GENERAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO.

El equipo queda operativamente listo para realizar el trabajo para lo que fue diseñado el equipo.



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Equipo Funciona: Si ☒ No ☐

FIRMAS

Ingeniero Especialista

Usuario y/o Responsables de Servicio

Jefe Responsable

Carlos Usualdo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1



Nombre y firma

Recibe de conformidad

Ing. Omar Sánchez M

Nombre y firma

Jorge Luis 99023849

Nombre y firma

Recibe de conformidad



Avenida Industria Aeronáutica, Manzana 4 Lote 5, Parque Industrial Pyme, Col. San Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, C.P. 76974

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

✉ reportes@redbeat.mx

☎ 44 2251 7088

RFC: IMT210429QV5