

CONS: 1196

72003384

FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
07-07-25				83921			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 030GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO Tijuana 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				CAPACITACIÓN: ☒			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				SUMINISTROS DE: ☐			
REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A				REFACCIONES: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ACCESORIOS: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A				LUGAR DE SERVICIO: ☐			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A				EN SITIO: ☐			
				EMPRESA: ☐			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 08863	
NO. INVENTARIO: 202080000398		SOFTWARE: 05-15		UBICACIÓN FÍSICA: Hospital General			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO: HGR NO.		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063; PA-19, 00140.							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
07-07-25		07-07-25		Carlos Oswaldo Ramirez González			
NOMBRE COMPLETO: Dayan		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez González		NOMBRE COMPLETO:			
Monarrez Valencia		Subjefe de Conservación		H.G.R. No. 1			
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	