

72003845

FECHA: 03/10/2025	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	CORRECTIVO:
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		GARANTÍA DE SERVICIO	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE VENTA	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A	ASESORÍA:	DIAGNÓSTICO ☐
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANERA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANERA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES:	EN SITIO: ☐
CARGO: SUJEJO DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS:	EMPRESA: ☐
REPORTO FALLA: N/A	FALLA REPORTADA: N/A		
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: ☐ NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: CARDIOLIFE TEC-5631	NO. SERIE: 3079
NO. INVENTARIO:	SOFTWARE:	UBICACIÓN FÍSICA: Anexo	
HORAS DE USO EQUIPO:	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:	
HORAS DE USO TURBINA: NA	NA	Adulto	
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN:	PA-19,00140		
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA: Alejandro Sotres G.	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE COMPLETO: Norman Andrés	NOMBRE COMPLETO: Francisco Alejandro Sotres González	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"