

72003848

FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE						INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1						MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:						CORRECTIVO: ☐	
TEL: 6646270963						PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A						REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
						DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,						SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN						LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A						ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒						ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5531E		NO. SERIE: 692	
NO. INVENTARIO: 201500005714		SOFTWARE: 01-11		UBICACIÓN FÍSICA: Consultorio Cardiología			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA		EQUIPO COMPLEMENTARIO					
EQUIPO: /		MARCA: /		NO. DE SERIE: /		NO. DE INVENTARIO: /	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-19,00140							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
/	/	/	/				
FIRMA:				FIRMA:			
Firma: [Firma]				Firma: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO:			
PUESTO:				PUESTO:			
NO. DE MATRICULA:				NO. DE MATRICULA:			
FECHA:				FECHA:			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			