

72003874

CONF-2047

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| FECHA<br>30-09-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | NO. REPORTE N/A                 |                       | NO. DE INGRESO N/A                                                                                                                                       |  | NO. BITACORA                                                     |  |
| INFORMACIÓN DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                 |                       | INFORMACIÓN DEL SERVICIO                                                                                                                                 |  |                                                                  |  |
| HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                 |                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2                                                                                                                           |  |                                                                  |  |
| HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                 |                       | CORRECTIVO:                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |
| DEPENDENCIA: IMSS <input checked="" type="radio"/> SSA <input type="radio"/> PRIVADO <input type="radio"/> OTRO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                 |                       | GARANTÍA DE SERVICIO <input type="radio"/> PREDICTIVO <input type="radio"/> USUARIO <input type="radio"/>                                                |  |                                                                  |  |
| TEL: 6646270963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                 |                       | GARANTÍA DE VENTA <input type="radio"/> REFACCIÓN <input type="radio"/> SERVICIO <input type="radio"/>                                                   |  |                                                                  |  |
| CONTRATO NO. 050GYR010N09125-019- COTIZACIÓN: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                 |                       | ASESORÍA: <input type="radio"/> DIAGNÓSTICO <input type="radio"/>                                                                                        |  |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                 |                       | CAPACITACIÓN: <input type="radio"/>                                                                                                                      |  |                                                                  |  |
| DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO Tijuana ZERA ETAPA . C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                 |                       | SUMINISTROS DE:<br>REFACCIONES: <input type="radio"/>                                                                                                    |  | LUGAR DE SERVICIO:<br>EN SITIO: <input checked="" type="radio"/> |  |
| ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                 |                       | CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN                                                                                                                           |  | EMPRESA: <input type="radio"/>                                   |  |
| REPORTÓ FALLA: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                 |                       | FALLA REPORTADA: N/A                                                                                                                                     |  |                                                                  |  |
| EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | SI: <input type="radio"/>       |                       | NO: <input checked="" type="radio"/>                                                                                                                     |  | ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A                          |  |
| ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| INFORMACIÓN DEL EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | MARCA: VYAIRE MEDICAL           |                       | MODELO: BELLAVISTA 1000                                                                                                                                  |  | NO. SERIE: MB203842                                              |  |
| NO. INVENTARIO: 2020 0000 6414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | SOFTWARE: 6-0-2100              |                       | UBICACIÓN FÍSICA: UCI                                                                                                                                    |  |                                                                  |  |
| HORAS DE USO EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA   |                       | TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:                                                                                                            |  | Adulto                                                           |  |
| HORAS DE USO TURBINA: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| EQUIPO COMPLEMENTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | MARCA:                          |                       | MODELO:                                                                                                                                                  |  | NO. DE SERIE:                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA. |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, DB105028 ; PA-17, 5410702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                 |                       | SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:                                                                                                            |  |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                 |                       | Clave Presupuestal<br>0205 0214 2902<br>H.G.R. No.1                                                                                                      |  |                                                                  |  |
| CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |                       | FUNCIONANDO AL 100% <input checked="" type="checkbox"/><br>FUERA DE SERVICIO <input type="checkbox"/><br>NO SE REALIZA SERVICIO <input type="checkbox"/> |  |                                                                  |  |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |                       |                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |
| CANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                     | NO. DE SERIE Y/O LOTE | SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:                                                                                                                  |  |                                                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301.972.001  | Kit de Mantenimiento Preventivo | NA                    | H.G.R. No. 1<br>TIJUANA, B.C.                                                                                                                            |  |                                                                  |  |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                 |                       | FIRMA:                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |
| Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                 |                       | Carlos Oswaldo Ramírez González<br>Subjefe de Conservación                                                                                               |  |                                                                  |  |
| 30-09-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                 |                       | H.G.R. No. 1<br>IMSS Mat 99024980                                                                                                                        |  |                                                                  |  |
| NOMBRE COMPLETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                 |                       | NOMBRE COMPLETO:                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |
| PUESTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                 |                       | PUESTO:                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  |
| NO. DE MATRICULA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                 |                       | NO. DE MATRICULA:                                                                                                                                        |  |                                                                  |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |                       | FECHA                                                                                                                                                    |  |                                                                  |  |
| USUARIO Y/O RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                 |                       | JEFE DE CONSERVACIÓN                                                                                                                                     |  |                                                                  |  |
| REALIZÓ EL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                 |                       | JEFE DE BIOMÉDICA                                                                                                                                        |  |                                                                  |  |

FECHA: 30-09-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003874

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: M B203842

|    | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                   | REALIZÓ |          |
|----|------------------------------------------------------------|---------|----------|
|    |                                                            | V/x     | MEDICIÓN |
| 1. | REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:                           |         |          |
|    | ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA                      | /       |          |
|    | CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES                 | /       |          |
|    | TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)                              | /       | E        |
|    | FILTRO DE BACTERIAS                                        | /       |          |
|    | SET DE FILTROS DE REPUESTO                                 | /       |          |
|    | *PULSIOXÍMETRO                                             | /       |          |
|    | *SENSOR DE CAPNOGRAFÍA                                     | /       |          |
|    | *ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA                   | /       |          |
|    | *BRAZO                                                     | /       |          |
|    | ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO                       | /       |          |
|    | *ADAPTADOR DE DOBLE RAMA                                   | /       |          |
|    | BASE RODABLE                                               | /       |          |
| 2. | CALIBRACIONES:                                             |         |          |
|    | ZERORIZACIÓN DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN         | /       |          |
|    | CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN                         | /       |          |
|    | CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO                   | /       |          |
|    | CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS | /       |          |
|    | CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS                  | /       |          |
|    | ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO                           | /       |          |
|    | CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE                        | /       |          |
|    | COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA        | /       |          |
|    | COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO          | /       |          |
|    | COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO            | /       |          |
|    | CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO                  | /       |          |
|    | CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO                    | /       |          |
|    | CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR                | /       |          |
| 3. | VERIFICACIÓN DE:                                           |         |          |
|    | TEST DE VÁLVULAS                                           | /       |          |
|    | TEST DE ALARMAS                                            | /       |          |
|    | FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADOS | /       |          |
|    | TEST DE SALIDA A USUARIO                                   | /       |          |
|    | REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL                    | /       |          |
|    | REVISIÓN DE BATERÍAS                                       | /       | mAh      |
|    | TEST USB                                                   | /       |          |

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"  
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.



|     |                                                            |   |          |
|-----|------------------------------------------------------------|---|----------|
| 4.  | SELFTEST                                                   | / |          |
|     | REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS                              |   |          |
|     | SENSOR DE CO2                                              | X |          |
|     | SENSOR DE SPO2                                             | / |          |
|     | ALERTA ACÚSTICA                                            | / |          |
| 5.  | TEST DE VENTILACIÓN                                        |   |          |
|     | SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO                           | / |          |
|     | TEST DE CIRCUITO                                           | / |          |
|     | PRESIÓN PICO (25mbar) ( $\pm 3$ mbar)                      | / | 25 mbar  |
|     | PEEP (5mbar) ( $\pm 1$ mbar)                               | / | 5 mbar   |
|     | FRECUENCIA RESPIRATORIA ( $\pm 1$ rpm) 15rpm               | / | 15 rpm   |
|     | FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ( $\pm 3\%$ )                 | / | 21 %     |
|     | FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ( $\pm 3\%$ )                 | / | 70 %     |
|     | FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ( $\pm 3\%$ )                | / | 100 %    |
| 6.  | TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO                               |   |          |
|     | TEST DE CIRCUITO                                           | / |          |
|     | VOLUMEN INSP 500mL ( $\pm 75$ mL)                          | / | 500 mL   |
|     | VOLUMEN EXHALATORIO 500mL ( $\pm 75$ mL)                   | / | 500 mL   |
|     | TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg ( $\pm 0.3$ seg)               | / | 1.7 rpm  |
| 7.  | TEST DE ALARMAS                                            |   |          |
|     | ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE              | / |          |
|     | ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO               | / |          |
|     | AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE                | / |          |
| 8.  | REVISION DE BATERIA                                        |   |          |
|     | MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA                  | / |          |
|     | ALARMA VISUAL LEDs                                         | / |          |
|     | ALARMA ACÚSTICA                                            | / |          |
|     | AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE | / |          |
|     | ALARMA ACÚSTICA                                            | / |          |
|     | LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO                | / |          |
| 9.  | VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN                        |   |          |
|     | PRESIÓN PAT INSP (60mbar) ( $\pm 2$ mbar)                  | / | 60 mbar  |
|     | PRESIÓN PAT PROX (60mbar) ( $\pm 2$ mbar)                  | / | 60 mbar  |
|     | PRESIÓN FUELLE (60mbar) ( $\pm 2$ mbar)                    | / | 60 mbar  |
|     | PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) ( $\pm 2$ mbar)        | / | 60 mbar  |
| 10. | VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO                           |   |          |
|     | FLUJO 2L/min ( $\pm 0.3$ L/min)                            | / | 2 L/min  |
|     | FLUJO 10 L/min ( $\pm 0.5$ L/min)                          | / | 10 L/min |
|     | FLUJO 50L/min ( $\pm 2.5$ L/min)                           | / | 50 L/min |
| 11. | VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO                         |   |          |
|     | FLUJO 2L/min ( $\pm 0.3$ L/min)                            | / | 2 L/min  |
|     | FLUJO 10 L/min ( $\pm 0.5$ L/min)                          | / | 10 L/min |
|     | FLUJO 50L/min ( $\pm 2.5$ L/min)                           | / | 50 L/min |

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

|     |                                                                                       |            |                                                             |          |                                                              |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 12. | APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO                                     |            |                                                             |          |                                                              | ✓        |
| 13. | LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.                                                           |            |                                                             |          |                                                              | ✓        |
| 14. | REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA                                               |            |                                                             |          |                                                              |          |
|     | ✓/x                                                                                   |            | ✓/x                                                         |          | ✓/x                                                          |          |
|     | AISLAMIENTO                                                                           | ✓ 0.1 Mohm | VOLTAJE DE LINEA                                            | ✓ 123 V  | RESISTENCIA A TIERRA                                         | ✓ 0.33 Ω |
|     | CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL                                                | ✓ 0.1 μA   | CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL                | ✓ 0.1 μA | CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL            | ✓ 0.1 μA |
|     | CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA                                      | ✓ 0.1 μA   | CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA      | ✓ 0.1 μA | CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA  | ✓ 0.1 μA |
|     | CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL                                     | ✓ 0.1 μA   | CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA | ✓ 0.1 μA | CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL           | ✓ 0.1 μA |
|     | CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA                          | ✓ 0.1 μA   | CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL          | ✓ 0.1 μA | CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA | ✓ 0.1 μA |
|     | CORRIENTE RESIDUAL                                                                    | ✓ 0.1 mA   |                                                             |          |                                                              |          |
| 15. | RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)                    |            |                                                             |          |                                                              |          |
|     | REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES. |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
|     | LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.                                                           |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
|     | VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.                |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
|     | ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR                                 |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
|     | VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.                                          |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
|     | VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES                                             |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
|     | VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA                                |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
|     | VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO                                   |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
|     | VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL                                                      |            |                                                             |          |                                                              | ×        |
| 16. | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.                                  |            |                                                             |          |                                                              | ✓        |

**NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.**

**\* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA  
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)**

OBSERVACIONES:

**CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.**

*Ing. Yukio Matsumiya*  
30-09-25

REALIZÓ EL SERVICIO  
NOMBRE Y FIRMA

*Cecilia Ines*  
IMSS Orduno Lopez Mat. 99022217

USUARIO DEL EQUIPO  
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

*Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez*  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA  
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"  
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.**




CONTRATO: 050GYR019N09125-019-00

|                             |          |                       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| SERIE:                      | MB203842 | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
| ORDEN DE SERVICIO: 72003874 |          | CONS: 2047            |

ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1



**Clave Presupuestal**  
**0205 0214 2902**  
**H.G.R. No 1**



SELLO UNIDAD MÉDICA:



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Osorio Ramirez Gonzalez  
 Subjefe de Conservacion  
 H.G.R. No 1