


72003890

CONS: 2324

FECHA: 02/10/25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITÁCORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 8646270983		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 0500YR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		ASESORÍA: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN		CAPACITACIÓN: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		DIAGNÓSTICO ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO: ☒		SUMINISTROS DE: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		REFACCIONES: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
LUGAR DE SERVICIO: ☒		EN SITIO: ☐	
ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND	NO. SERIE: CAT07160
NO. INVENTARIO: 202100038618ANO	SOFTWARE: 03.02.01	UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia	
HORAS DE USO EQUIPO: 19560	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TUBERÍA: 19560			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO: REFACCIÓN	MARCA: NA	MODELO: NA	NO. DE SERIE: NA
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEDIDOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE OVP, UVY Y SERVICIO. PRUEBAS DE BATERIA DE RESPALDO. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: DA-10, BB101932			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuesta: 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1	11416	Kit de Mantenimiento Preventivo	NA
SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
			
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
	M. Alfonso Martínez Fernández Inhaloterapeuta NOMBRE COMPLETO: M. Alfonso Martínez Fernández PUESTO: Inhaloterapeuta NO. DE MATRÍCULA: 99279571	Carlos Oswaldo Ramírez González Jefe de Conservación NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González PUESTO: Jefe de Conservación NO. DE MATRÍCULA: 99249801	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
NOMBRE COMPLETO: Norman Andres Larios Fimbres	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA
REALIZÓ EL SERVICIO			

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"