



72003893

FECHA 02/10/25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUNISTROS DE: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☒			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				EN SITIO: ☐			
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				EMPRESA: ☐			
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS: ☐			
FALLA REPORTADA: N/A							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07189	
NO. INVENTARIO: 2021000 83621		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: 11416		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adultos			
HORAS DE USO TUBERÍA: 35130							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO: REF 02 OCT 2025		MARCA: HGR No. 1		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA PRESIÓN DE TRABAJO. PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS. CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL. PRUEBAS DE OVP, UVY Y SERVICIO. PRUEBAS DE BATERÍA DE RESPALDO. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No 1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	11416	Kit de Mantenimiento Preventivo	NA				
FIRMA:				FIRMA:			
							
NOMBRE COMPLETO: Norman Andres Larios Fimbrey				NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN				PUESTO: JEFE DE BIOMÉDICA			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:			
FECHA				FECHA			
REALIZÓ EL SERVICIO				Jefe de Conservación			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				Jefe de Biomédica			