

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1
OOAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA
Localidad
TIJUANA

N° de Orden
AB1551-C048

Fecha
26-ene.-26

Ingeniero Dräger
Edgar Rene Arias Haro

Tipo de Mantenimiento
C. Mantenimiento Correctivo

Modelo:	PRIMUS	No. Serie:	ARWB-0118	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB1551	Inventario:	NO PRESENTE	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se reporta equipo con fuga manual por lo que se ajustan membranas internas del sistema respiratorio. Se realizan pruebas funcionales siendo éstas exitosas.

Incidentes:
Sin incidentes

Etiqueta de seguridad: 9608

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional
* La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
1.5	M	Mano de Obra
1	T	Traslado
1	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto Subjefe de Conservación
Matrícula H.G.R. No. 1
Fecha IMSS Mat. 99024980
Firma 26-01-26

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Edgar Rene Arias Haro
Fecha 26-ene.-26
Firma [Firma]

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Dr. Oscar Omar Esquer Gots
Puesto Pediatría
Matrícula Ced. Esp. 5907
Fecha 26.01.26
Firma IMSS Mat. 992754


Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre _____
Fecha _____
Firma _____

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal



Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amad. C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.



Orden de Servicio

IMSS

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Dräger

Datos del Equipo


Modelo: PRIMUS

No. Serie: ARWB-0118



No. Orden: AB1551-C048

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matricula

Fecha

Firma

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
26-01-26

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Fecha

Firma

Edgar Rene Arias Haro

26-ene.-26

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Fechador



German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-A-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amerl C.P. 44160 Guadalajara, Jal.
C.P. 44160 Guadalajara, Jal.