

Formato:	Orden de Servicio
Código Documento:	F-SS-03
Emisión:	25 Ene 2024
Implementación:	26 Ene 2024
Área:	Servicio y Soporte
Departamento:	Servicio y Soporte

Página:	1 / 1
Versión:	6
Próx. Revisión:	24 meses
Código:	Azul

1	Fecha:	08 / 01 / 2025
---	--------	----------------

2	Folio	BUS 10812 2025/03
---	-------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

3	Unidad Hospitalaria	Hospital General Regional / Unidad de Medicina Familiar No. 1	6	Contacto	Ing. Carlos Oswaldo Ramírez González
4	Municipio/Estado	Tijuana, Baja California	7	Email	carlos.ramirezg@imss.gob.mx
5	Contrato	21BI0071	8	Teléfono	664 305 70 10

DATOS DEL EQUIPO

9	Equipo	Monitor de Signos Vitales	13	No. Serie	2021LGC2080
10	Marca	Medica D	14	No. Parte	
11	Modelo	LOGICARE	15	Garantía	SI 0 No 1 16
12	Ubicación		17	Versión SW	V.00-01-24

18	Servicio Brindado	Preventivo 1	Correctivo 1	Instalación 0	Capacitación 0	Diagnóstico 0
----	-------------------	--------------	--------------	---------------	----------------	---------------

19	Servicio Solicitado:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	Estado del empaque (en caso de aplicar):	Buen estado ☐ Dañada ☐

20. Trabajo Realizado	I.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS CABLES Y SENSORES DEL EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ECG, SPO2, PNL, TEMPERATURA E IBP (CUANDO APLIQUE)
	II.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES METAL-MECÁNICOS DEL EQUIPO: CARCASAS, BASE RODABLE, RODAMIENTOS, ETC.
	III.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA INTERFAZ CON USUARIO DEL EQUIPO, PANTALLA TÁCTIL, CALIBRACIÓN CUANDO APLIQUE, TECLADO DE MEMBRANA, ENCODER Y PERILLA SELECTORA
	IV.	PRUEBAS FUNCIONALES DE LA ADQUISICIÓN, MONITOREO Y DESPLIEGUE DE LOS SIGNOS VITALES, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS.

21. Material Empleado	Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)	Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)
	a.		c.	
	b.		d.	

22. Pendientes Observación	Socket AC roto, batería de respaldo no funcional Requiere socket AC y batería por cotización
----------------------------	---

23. Encuesta de satisfacción: Marque con "✓" según: Malo= 1; Regular= 2; Bueno= 3; Satisfactorio= 4; Excelente= 5

No.	PREGUNTA	1	2	3	4	5
1.-	¿Se realizó satisfactoriamente el servicio solicitado?					
2.-	¿Considera que el tiempo de resolución para el servicio fue el adecuado?					
3.-	¿Considera que la persona que realizó el servicio fue amable, puntual y eficiente?					
4.-	¿Cuándo solicitó el servicio, la persona que lo atendió fue amable, puntual y eficiente?					
5.-	¿Considera que el desempeño del equipo ha cumplido con los requisitos de operación?					
6.-	Comentarios:					

Nombre y Firma Solicitante / Área Usaria (24) 9800015 Nombre y Firma Responsable Medica D (25)

IMSS Mat. 99024980

COMITÉ TÉCNICO/GRUPO OPERATIVO DE CALIDAD