

Formato:	Orden de Servicio
Código Documento:	F-SS-03
Emisión:	25 Ene 2024
Implementación:	26 Ene 2024
Área:	Servicio y Soporte
Departamento:	Servicio y Soporte

Página:	1 / 1
Versión:	6
Próx. Revisión:	24 meses
Código:	Azul

1	Fecha:	08 / 12 / 2025
---	--------	----------------

2	Folio	Bus / 0812 2025 / 04
---	-------	----------------------

DATOS DEL CLIENTE

3	Unidad Hospitalaria	Hospital General Regional / Unidad de Medicina Familiar No. 1	6	Contacto	Ing. Carlos Oswaldo Ramírez González
4	Municipio/Estado	Tijuana, Baja California	7	Email	carlos.ramirezg@imss.gob.mx
5	Contrato	21BI0071	8	Teléfono	664 305 70 10

DATOS DEL EQUIPO

9	Equipo	Monitor de Signos Vitales	13	No. Serie	2021LGC2215
10	Marca	Medica D	14	No. Parte	
11	Modelo	LOGICARE	15	Garantía	SI 0 No 1 16
12	Ubicación		17	Versión SW	

18	Servicio Brindado	Preventivo 1 Correctivo 0 Instalación 0 Capacitación 0 Diagnóstico 0
----	-------------------	--

19	Servicio Solicitado:	Mantenimiento Preventivo
	Estado del empaque (en caso de aplicar):	Buen estado ☐ Dañada ☐

20. Trabajo Realizado	I.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS CABLES Y SENSORES DEL EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ECG, SPO2, PNI, TEMPERATURA E IBP (CUANDO APLIQUE).
	II.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES METAL-MECÁNICOS DEL EQUIPO: CARCASAS, BASE RODABLE, RODAMIENTOS, ETC.
	III.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA INTERFAZ CON USUARIO DEL EQUIPO: PANTALLA TÁCTIL (CALIBRACIÓN CUANDO APLIQUE), TECLADO DE MEMBRANA, ENCODER Y PERILLA SELECTORA.
	IV.	PRUEBAS FUNCIONALES DE LA ADQUISICIÓN, MONITOREO Y DESPLIEGUE DE LOS SIGNOS VITALES, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS ALTERNAS Y VISUALES PRIORIZADAS.

21. Material Empleado	Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)	Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)
	a.		c.	
	b.		d.	

22. Pendientes Observaciones	Equipo no localizado, se reprograma mantenimiento
------------------------------	---

23. Encuesta de satisfacción: Marque con "✓" según: Malo= 1; Regular= 2; Bueno= 3; Satisfactorio= 4; Excelente= 5

No.	PREGUNTA	1	2	3	4	5
1.-	¿Se realizó satisfactoriamente el servicio solicitado?					
2.-	¿Considera que el tiempo de resolución para el servicio fue el adecuado?					
3.-	¿Considera que la persona que realizó el servicio fue amable, puntual y eficiente?					
4.-	¿Cuándo solicitó el servicio, la persona que lo atendió fue amable, puntual y eficiente?					
5.-	¿Considera que el desempeño del equipo ha cumplido con los requisitos de operación?					
6.-	Comentarios:					

Nombre y Firma Solicitante / Área Usaria (24)

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MSS Mat 99024980

IB. BRENDA USALCE SAUCEDO

Nombre y Firma Responsable Medica D (25)

COMITÉ TÉCNICO/GRUPO OPERATIVO DE CALIDAD