

Formato:	Orden de Servicio
Código Documento:	F-SS-03
Emisión:	25 Ene 2024
Implementación:	26 Ene 2024
Área:	Servicio y Soporte
Departamento:	Servicio y Soporte

Página:	1 / 1
Versión:	6
Próx. Revisión:	24 meses
Código:	Azul

1 Fecha: 21 / ene / 2025

2 Folio 0201201 2025/ 01

DATOS DEL CLIENTE

3	Unidad Hospitalaria	Hospital General Regional/Unidad de Medicina Familiar No 1	6	Contacto	Ing. Carlos Oswaldo Ramírez González
4	Municipio/Estado	Tijuana, Baja California	7	Email	carlos.ramirezg@imss.gob.mx
5	Contrato	20BI0024	8	Teléfono	664 305 70 10

DATOS DEL EQUIPO

9	Equipo	VENTILADOR VOLUMETRICO	13	No. Serie	2020SMT171
10	Marca	MEDICA D	14	No. Parte	N/A
11	Modelo	Smart	15	Garantía	SI 0 No 1 16 Servicio Externo 1 Interno 0
12	Ubicación	Inhaloterapia	17	Versión SW	V3-3.7 Feb 14 2022 -

18 Servicio Brindado Preventivo 0 Correctivo 1 Instalación 0 Capacitación 0 Diagnóstico 0

19 Servicio Solicitado: Mantenimiento Correctivo

Estado del empaque (en caso de aplicar): Buen estado ☐ Dañada ☐

20 Trabajo Realizado	I.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS SENSORES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO COMPONENTES METAL-MECÁNICOS Y E INTERFAZ DE USUARIO.
	II.	VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS CONEXIONES NEUMÁTICAS Y ELÉCTRICAS, TEST DE VERIFICACIÓN DE SISTEMA, PRUEBA DE FUGAS Y COMPLIANCIA.
	III.	PRUEBAS FUNCIONALES EN LAS TRES MODALIDADES DE PACIENTE Y EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS
	IV.	REVISIÓN DE LA VALVULA DE CONTROL DE NEBULIZACIÓN.

21 Material Empleado	Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)	Descripción (21.1)
a.			b.
c.			d.

22 Pendientes Observaciones: Equipo funcionando correctamente. Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1

23. Encuesta de satisfacción: Marque con "✓" según: Malo= 1; Regular= 2; Bueno= 3; Satisfactorio= 4; Excelente= 5

No.	PREGUNTA	1	2	3	4	5
1.-	¿Se realizó satisfactoriamente el servicio solicitado?					
2.-	¿Considera que el tiempo de resolución para el servicio fue el adecuado?					
3.-	¿Considera que la persona que realizó el servicio fue amable, puntual y eficiente?					
4.-	¿Cuándo solicitó el servicio, la persona que lo atendió fue amable, puntual y eficiente?					
5.-	¿Considera que el desempeño del equipo ha cumplido con los requisitos de operación?					

6. Comentarios: Carlos Oswaldo Ramírez González
Sujeto de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 00024980

Nombre y Firma Solicitante: Abraham Israel Gutiérrez Alvarado

Área Usuaria (24)

Nombre y Firma Responsable Medica D

(25)