

MC72000738

CONS: 2053

FECHA 14/07/25		NO. REPORTE 2572-004		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO.				COTIZACIÓN:		ASESORÍA: ☐	
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES:		☐ EN SITIO: ☒	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS:		☐ EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				FALLA REPORTADA: FALLA EN VALORES DE CALIBRACION Y EL EQUIPO NO CICLA			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:				SI: ☐		NO: ☒	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REVISÓ TARJETA DE GRAFICOS				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: EQUIPO PARPADEA EN LA PANTALLA			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: .							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO ADULTO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203785	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: NA		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: NA			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICAL GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE RETIRA EQUIPO DE LA UNIDAD PARA SU REVISION Y DIAGNOSTICO EN TALLERES DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: NA							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%							
FUERA DE SERVICIO				X			
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
14/07/25 松島				Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjeфе de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980			
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	