




MC72000884

CONS: 2323

FECHA: 16/06/25		NO. REPORTE: I25-0026		NO. DE INGRESO: 13A		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 13A				ASESORÍA: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				CAPACITACIÓN: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS RAMÍREZ FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: FALLO SENSOR O2.			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REEMPLAZA CELDA DE O2 DAÑADA.							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2 DAÑADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07191	
NO. INVENTARIO: 202100033623		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: 12837		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIÁTRICO, ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: 12837							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDEN A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS UVT Y DE ESTRES.							
ID/NUMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normativas para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1			
1	PSR-11-75-KE4	CELDA DE O2	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA: TIJUANA, B.C.	
		M. Alfonso Martínez Fernández Inhaloterapeuta Mat. 99279671				Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación	
NOMBRE COMPLETO: 76106125		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **CAT07191**

ORDEN DE SERVICIO: MC72000884

CONS:

2322

ANTES 2




Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECORDADO
 16 JUN 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1



GRUPO SIM ETIQUETA DE GARANTIA
S N° 266308
 DATOS DE LA EMPRESA
 EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CALZADA DE TLALPAN 479 COL. ALAMOS
 C.P. 03400 CIUDAD DE MEXICO
 TELEFONOS: 55 4836 6125 / 55 8071 3270
 No. CONTRATO: 050GYR019N09125-019-00 No. DE SERIE: **CAT07191**
 E-MAIL: servicio@gruposim.com
 NOMBRE DEL INGENIERO: Ing. Norman Larios
 MES DE PROXIMA VISITA DE MANTO: PREVENTIVO: Julio 25
 FECHA DE SERVICIO: 16/06/25 TIPO DE SERVICIO: MC

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.
 SELLO UNIDAD MEDICA:

Carlos Abualdo Ramirez Gonzalez
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 29024980

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA