

MC72000890

CONS: 2311

FECHA: 16/06/25	NO. REPORTE: I25-0032	NO. DE INGRESO: NA	NO. BITACORA:
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A	CORRECTIVO: ☐
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE VENTA ☐	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00	COTIZACIÓN: NA	ASESORÍA: ☐
		CAPACITACIÓN: ☐	DIAGNÓSTICO ☐
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	LUGAR DE SERVICIO: ☒
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☐
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ		FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXIGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: ☐	SI: ☐	NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR CELDA DE O2
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: EN ESPERA DE REFACCIONES			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2 DAÑADO			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND	NO. SERIE: CAT07081
NO. INVENTARIO: 202100033617	SOFTWARE: 03.02.01	UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA	
HORAS DE USO EQUIPO: 13983	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIATRICO ADULTO	
HORAS DE USO TURBINA: 13983			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADO POR LO CUAL QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.			
16 JUN 2025			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB1Q1932			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☐			
FUERA DE SERVICIO ☒			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Jonathan Bautista	M. Alfonso Martínez Fernández	Carlos Oswaldo Ramírez González	
	Inhaloterapeuta Mat. 99279671	Subjefe de Conservación	
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
Jonathan Miguel Bautista García			
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"