

MC72000891

CONS-2323

FECHA 7/6/06/25		NO. REPORTE 125-0033		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: NA		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		EN SITIO: ☐	
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ				FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR CELDA DE O2	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: EN ESPERA DE REFACCIONES							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2 DAÑADO							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT06313	
NO. INVENTARIO: 202700033614		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: 23752		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIATRICO ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: 23752							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADO POR LO CUAL QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB01932							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%							
FUERA DE SERVICIO				X			
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT		NO. DE PARTE		DESCRIPCIÓN		NO. DE SERIE Y/O LOTE	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Jonathan Bautista		M. Alfonso Martínez Fernández		Carlos Oswaldo Ramírez González			
		Inhaloterapeuta Mat. 99279671		Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1			
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Jonathan Miguel Bautista García		el...		Mat. 9924980			
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	