

MC72000909

CONS: 1

FECHA: 16/06/25		NO. REPORTE I25-0051		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☐	
TEL: 6646270983		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN:		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☐ EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMÍREZ FALLA REPORTADA: FALLA EN MEZCLADORA							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: NA					
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA MANIFOLD DAÑADO.							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: ACUTRONIC		MODELO: FABIAN HFO		NO. SERIE: AH-02023	
NO. INVENTARIO: 20196002538		SOFTWARE: NA		UBICACIÓN FÍSICA: TALLER			
HORAS DE USO EQUIPO: N/A		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: NEONATAL PEDIATRICO			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA MANIFOLD DAÑADO, POR LO CUAL QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES. SE RETIRA DE LA UNIDAD PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE GRUPO SIM.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: NA							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2002 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Norman Andres		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRICULA: IMSS Mat 99021980		NO. DE MATRICULA: IMSS Mat 99021980		NO. DE MATRICULA: IMSS Mat 99021980		NO. DE MATRICULA: IMSS Mat 99021980	
FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"